

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2015

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
HIỆU QUẢ DIỆT KHUẨN KHÔNG KHÍ CỦA MÁY A IROCIDE

Đơn vị lắp đặt máy: Công ty CP công nghệ thiết bị Việt Mỹ

Đơn vị khảo sát: Bệnh viện Quân y 103

Khảo sát hiệu quả diệt khuẩn không khí của 2 máy đặt tại 2 phòng điều trị khoa Hồi sức cấp cứu (B11). Kết quả xét nghiệm cho thấy:

Chỉ tiêu XN	14/5	18/5	21/5	28/5	Hiệu quả
Buồng HS3 (có 2 BN nhiễm khuẩn nằm viện)					
Tổng số/m3KK	1562	852	312	312	80,0%
Loài vi khuẩn	<i>B. subtilis</i> <i>S.epidermidis</i>	<i>B. subtilis</i>	<i>B. subtilis</i>	<i>B. subtilis</i>	
Năm	546	468	156	78	85,7%
Buồng kỹ thuật (chạy thận nhân tạo)					
Tổng số	1171	800	624	310	73,5%
Loài vi khuẩn	<i>B. subtilis</i> <i>S.epidermidis</i>	<i>B. subtilis</i>	<i>B. subtilis</i>	<i>B. subtilis</i>	
Năm	350	156	78	56	84,0%

Máy có khả năng làm sạch vi khuẩn không khí hiệu quả (làm giảm 70-80%) vi khuẩn, giảm mùi nhưng nếu phòng bệnh có lọc không khí tránh tái ô nhiễm thì hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều.

Thủ trưởng Bệnh viện
GIÁM ĐỐC

Đặt tư
PGS.TS Nguyễn Văn Khoa

Khoa KSNK

PGS - TS
Hiền Chí Thành