

BÁO CÁO KIỂM TRA
VI TRÙNG HỌC TRONG KHÔNG KHÍ

Khoa phòng: Hồi sức tích cực sơ sinh

I. Phương pháp kiểm tra:

- Kỹ thuật bắn thạch trong 10 phút:

II. Yêu cầu:

1. Phòng bệnh cách ly

III. Kết quả:

CFU/m3

	Ngày	5/2/2018 (trước đặt máy)			12/2/2018			26/2/2018			5/3/2018		
		Vị Trí			Vị Trí			Vị Trí			Vị Trí		
VI KHUẨN		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Cầu khuẩn Gram dương		629	157	314			472	770	157	236	157	157	786
Cầu khuẩn Gram âm													
Trực khuẩn Gram dương													
Trực khuẩn Gram âm													
Tế bào nấm men hoặc sợi		dày đặc		343	dày đặc			157	79	79		79	157
Vi khuẩn khác													
Tổng cộng		dày đặc	157	707	dày đặc		472	770	314	315	157	236	943
IV. Kết luận: Không khí		Xấu	Tốt	Tốt	Xấu	Tốt	Tốt	Tốt	Tốt	Tốt	Tốt	Tốt	Tốt

Nhận xét: Qua 1 tháng đặt máy... số... 03 lần... cây... vi sinh... không... khi... để... test... cho... thấy... chất... lượng... không... khi... được... cải... thiện...
.....

Ngày tháng năm 2018
Ban Giám Đốc

Ngày 15. tháng 03 năm 2018
KHOA KSNK


Người chịu trách nhiệm
Lan

**PHỤ LỤC: BẢNG ĐÁNH GIÁ CẢM QUAN CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ TRONG
PHÒNG TRƯỚC VÀ SAU KHI LẮP ĐẶT THIẾT BỊ AIROCID**

Giờ/Ngày	Nồng độ mùi (nhiều/ít/tăng/giảm)	Chất lượng không khí (tốt/bình thường/ xấu)	Số lượng bệnh nhân điều trị (người)	Ghi chú (người theo dõi)
12/2/18	Không mùi	bình thường	02	<u>ĐH/Regoc</u>
13/2/18				
14/2/18				
15/2/18				
16/2/18	Khứu mùi	BT	02	<u>ĐH/Regoc</u>
17/2/18	Không mùi	bình thường	02	<u>ĐH/Regoc</u>
18/2/18				
19/2				
20/2	Khứu mùi	BT	02	<u>ĐH/Regoc</u>
21/2				
22/2				
23/2	Khứu mùi	BT	03	<u>ĐH/Regoc</u>
24/2	Không mùi	BT	03	<u>ĐH/Regoc</u>

PHIẾU KIỂM TRA
VI TRÙNG HỌC TRONG KHÔNG KHÍ

Khoa phòng:.....Hội đồng bệnh viện - Vi sinh.....

I. Phương pháp kiểm tra:

- Kỹ thuật bản thạch trong 10 phút:
➤ Thời gian: Lúc 11 giờ 30 đến 11 giờ 45 Ngày 05 tháng 02 năm 2018

II. Yêu cầu:

.....Phòng bệnh cách ly.....
.....
.....
.....

III. Kết quả:

STT	Buồng				Đơn vị
	Vi khuẩn	Vi khuẩn (1)	Vi khuẩn (2)	Vi khuẩn (3)	
1	Cầu khuẩn Gram dương	629	158	314	CFU/m ³
2	Cầu khuẩn Gram âm				CFU/m ³
3	Trực khuẩn Gram dương				CFU/m ³
4	Trực khuẩn Gram âm				CFU/m ³
5	Tế bào nấm men hoặc sợi	Dây đặc		393	CFU/m ³
6	Vi khuẩn khác				CFU/m ³
	Tổng cộng		158	707	CFU/m ³
IV. Kết luận: Không khí		<u>không</u>	<u>không</u>	<u>không</u>	

Ngày 05 tháng 02 năm 2018

Ngày 05 tháng 02 năm 2018

KHOA KSNK

KHOA VI SINH

PHIẾU KIỂM TRA

VI TRÙNG HỌC TRONG KHÔNG KHÍ

Khoa phòng:.....Hội Vệ tch cục Sứ Sinh.....

I. Phương pháp kiểm tra:

- Kỹ thuật bản thạch trong 10 phút:
- Thời gian: Lúc ..8...giờ ..5...đến ..8.... giờ ..5...Ngày ..14...tháng ..02...năm ..2018.

II. Yêu cầu:

.....1. Phòng cách ly (Kiểm tra sau khi đặt máy) (lần 1).....
(1 lần).....

III. Kết quả:

STT	Buồng Vi khuẩn	Vi. Tr. (1)	Vi. Tr. (2)	Vi. Tr. (3)	Đơn vị
1	Cầu khuẩn Gram dương		472	270	CFU/m ³
2	Cầu khuẩn Gram âm				CFU/m ³
3	Trực khuẩn Gram dương				CFU/m ³
4	Trực khuẩn Gram âm				CFU/m ³
5	Tế bào nấm men hoặc sợi	dây dặc			CFU/m ³
6	Vi khuẩn khác				CFU/m ³
	Tổng cộng	dây dặc	472	270	CFU/m ³
IV. Kết luận: Không khí		Xuất	Đạt	Đạt	

Ngày ..14... tháng ..02... năm 2018.

Ngày ..14... tháng ..02... năm 2018.

KHOA KSNK

KHOA VI SINH

PHIẾU KIỂM TRA

VI TRÙNG HỌC TRONG KHÔNG KHÍ

Khoa phòng:.....Hội...Sức...tình...cực...- B.Sinh...

I. Phương pháp kiểm tra:

- Kỹ thuật bản thạch trong 10 phút:
- Thời gian: Lúc ..15 giờ 35 đến ..15 giờ 45 Ngày 26 tháng 02 năm 2017.

II. Yêu cầu:

.....1 phòng cách ly.....(sau đặt máy KT lần II).....3 tuần

.....

.....

.....

III. Kết quả:

STT	Buồng	(1)	(2)	(3)		Đơn vị
	Vi khuẩn					
1	Cầu khuẩn Gram dương	152	236	152		CFU/m ³
2	Cầu khuẩn Gram âm					CFU/m ³
3	Trực khuẩn Gram dương					CFU/m ³
4	Trực khuẩn Gram âm					CFU/m ³
5	Tế bào nấm men hoặc sợi	152	29	29		CFU/m ³
6	Vi khuẩn khác					CFU/m ³
	Tổng cộng	314	315	236		CFU/m ³
IV. Kết luận: Không khí		Đạt	Đạt	Đạt		

Ngày 28 tháng 02 năm 2018

Ngày 28 tháng 02 năm 2018

KHOA KSNK

KHOA VI SINH

PHIẾU KIỂM TRA
VI TRÙNG HỌC TRONG KHÔNG KHÍ

Khoa phòng:.....Hội & V.C. tỉnh...c.v.c...Sở S.n.h.....

I. Phương pháp kiểm tra:

- Kỹ thuật bả thạch trong 10 phút:
➤ Thời gian: Lúc ... giờ ... đến ... giờ ... Ngày ... tháng ... năm ...

II. Yêu cầu:

.....
.....
.....
.....

III. Kết quả:

STT	Buồng Vi khuẩn	Vi khuẩn (1)	Vi khuẩn (2)	Vi khuẩn (3)	Đơn vị
1	Cầu khuẩn Gram dương	158	157	286	CFU/m ³
2	Cầu khuẩn Gram âm				CFU/m ³
3	Trực khuẩn Gram dương				CFU/m ³
4	Trực khuẩn Gram âm				CFU/m ³
5	Tế bào nấm men hoặc sợi		79	157	CFU/m ³
6	Vi khuẩn khác				CFU/m ³
	Tổng cộng	158	236	943	CFU/m ³
IV. Kết luận:	Không khí	Tốt	Tốt	Tốt	

Ngày ... tháng ... năm 20...

Ngày ... tháng ... năm 201...

KHOA KSNK

KHOA VI SINH