



PHIẾU KẾT QUẢ VI SINH KHÔNG KHÍ

Mã số: 1770001299

Tên khách hàng: Cty TNHH Bệnh Viện CK Thẩm Mỹ Việt Mỹ

Địa chỉ: 331 Nguyễn Trãi, P Nguyễn Cư Trinh, Q1 Tp HCM

Nơi lấy mẫu: Phòng Mổ 2

Thể tích phòng: $<75m^3$

Số lượng đĩa: 15

Ngày lấy mẫu: 06/07/2017

KẾT QUẢ

STT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	P/P THỬ NGHIỆM	TIÊU CHUẨN THAM KHẢO
1	Tổng vi khuẩn hiếu khí	42	CFU/m ³	Nuôi cấy	- Theo WHO GMP 2008: - Loại A: <1 CFU/m³. - Loại B: <10 CFU/m³. - Loại C: <100 CFU/m³. - Loại D: <200 CFU/m³.
2	Tổng số nấm mốc	00	CFU/m ³	Nuôi cấy	
3	Vi khuẩn tan huyết	10	CFU/m ³	Nuôi cấy	

* Ghi chú: CFU: Đơn vị hình thành khuẩn lạc (Colony Forming Unit)

Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm tại thời điểm lấy mẫu.

TP.HCM, ngày 11 tháng 07 năm 2017

I. KHOA XÉT NGHIỆM





PHIẾU KẾT QUẢ VI SINH KHÔNG KHÍ

Mã số: 1870004822

Tên khách hàng: Công Ty TNHH Bệnh Viện Chuyên khoa Thẩm Mỹ Việt Mỹ

Địa chỉ: 331 Nguyễn Trãi P Nguyễn Cư Trinh Q1

Nơi lấy mẫu: Phòng Mổ 2

Thể tích phòng: $<75m^3$

Số lượng đĩa: 15


Ngày lấy mẫu: 23.08.2018

KẾT QUẢ

STT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	P/P THỬ NGHIỆM	TIÊU CHUẨN THAM KHẢO
1	Tổng vi khuẩn hiếu khí	21	CFU/ m^3	Nuôi cấy	- Theo WHO GMP 2008: - Loại A: <1 CFU/m^3. - Loại B: <10 CFU/m^3. - Loại C: <100 CFU/m^3. - Loại D: <200 CFU/m^3.
2	Tổng số nấm mốc	21	CFU/ m^3	Nuôi cấy	
3	Vi khuẩn tan huyết	00	CFU/ m^3	Nuôi cấy	

* Ghi chú: CFU: Đơn vị hình thành khuẩn lạc (Colony Forming Unit)

Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm tại thời điểm lấy mẫu.



NGUYỄN THỊ VY UYÊN

TP.HCM, ngày 28 tháng 08 năm 2018

KHOA XÉT NGHIỆM

LƯU THỊ PHƯƠNG TRINH



PHIẾU KẾT QUẢ VI SINH KHÔNG KHÍ

Mã số: 1870004821

Tên khách hàng: Công Ty TNHH Bệnh Viện Chuyên khoa Thẩm Mỹ Việt Mỹ

Địa chỉ: 331 Nguyễn Trãi P Nguyễn Cư Trinh Q1

Nơi lấy mẫu: Phòng Mồ 1

Thể tích phòng: <75m³

Số lượng đĩa: 15

Ngày lấy mẫu: 23.08.2018

KẾT QUẢ

STT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	P/P THỬ NGHIỆM	TIÊU CHUẨN THAM KHẢO
1	Tổng vi khuẩn hiếu khí	21	CFU/m ³	Nuôi cấy	• Theo WHO GMP 2008: - Loại A: <1 CFU/m ³ . - Loại B: <10 CFU/m ³ . - Loại C: <100 CFU/m ³ . - Loại D: <200 CFU/m ³ .
2	Tổng số nấm mốc	63	CFU/m ³	Nuôi cấy	
3	Vi khuẩn tan huyết	21	CFU/m ³	Nuôi cấy	

* Ghi chú: CFU: Đơn vị hình thành khuẩn lạc (Colony Forming Unit)

Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm tại thời điểm lấy mẫu.

TP.HCM, ngày 28 tháng 08 năm 2018

KHOA XÉT NGHIỆM *Hue*

TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TP.HCM
PHÒNG XÉT NGHIỆM
NGUYỄN THỊ VY UYÊN

Lưu Thị Phương Trinh
LƯU THỊ PHƯƠNG TRINH



PHIẾU KẾT QUẢ VI SINH KHÔNG KHÍ

Mã số: 1870004821

Tên khách hàng: Công Ty TNHH Bệnh Viện Chuyên khoa Thẩm Mỹ Việt Mỹ

Địa chỉ: 331 Nguyễn Trãi P Nguyễn Cư Trinh Q1

Nơi lấy mẫu: Phòng Mồ 1

Thể tích phòng: <75m³

Số lượng đĩa: 15

Ngày lấy mẫu: 23.08.2018

KẾT QUẢ

STT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	P/P THỬ NGHIỆM	TIÊU CHUẨN THAM KHẢO
1	Tổng vi khuẩn hiếu khí	21	CFU/m ³	Nuôi cấy	• Theo WHO GMP 2008: - Loại A: <1 CFU/m ³ . - Loại B: <10 CFU/m ³ . - Loại C: <100 CFU/m ³ . - Loại D: <200 CFU/m ³ .
2	Tổng số nấm mốc	63	CFU/m ³	Nuôi cấy	
3	Vi khuẩn tan huyết	21	CFU/m ³	Nuôi cấy	

* Ghi chú: CFU: Đơn vị hình thành khuẩn lạc (Colony Forming Unit)

Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu kiểm nghiệm tại thời điểm lấy mẫu.

TP.HCM, ngày 28 tháng 08 năm 2018

KHOA XÉT NGHIỆM *Hue*

TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TP.HCM
PHÒNG XÉT NGHIỆM
NGUYỄN THỊ VY UYÊN

Lưu Thị Phương Trinh
LƯU THỊ PHƯƠNG TRINH